

Permium III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

Testosterone : عنوان آزمایش :  
سری ساخت: EC۲۱۸۷ Simense : عنوان دستگاه :

| %CV  | SD     | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲۴,۳ | ۶۱,۶۶۷ | ۷۳۳,۹۹۹           | ۷۹۵,۶۶۶           | ۸۵۷,۳۳۳           | ۹۱۹  | ۹۸۰,۶۶۷         | ۱۰۴۲,۳۳۴        | ۱۱۰۴,۰۰۱        |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۰۸۷  | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
| ۹۲۸   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
| ۱۰۴۳  | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
| ۹۱۹   | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
| ۹۴۸   | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۸۸۳   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| ۱۰۲۶  | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
| ۱۰۲۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
| ۱۰۳۴  | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
| ۹۴۶   | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
| ۹۶۳   | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
| ۱۰۰۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۱۰۴  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
| ۸۹۳   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
| ۹۱۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
| ۹۶۹   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
| ۹۴۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
| ۹۶۶   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
| ۹۶۹   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |

|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| CV%: 6.37 | SD: 62.221 | Mean: 976.789 |
|-----------|------------|---------------|

