

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت: ۳۲۹۰۸۱۹۳

Testosterone-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۲۳	۴۹.۸۵۲	۸۰۳.۶۷۷	۸۵۳.۵۲۹	۹۰۳.۳۸۱	۹۵۳.۲۳۳	۱۰۰۳.۰۸۵	۱۰۵۲.۹۳۷	۱۱۰۲.۷۸۹

مقدار	تاریخ
۹۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۹۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۰۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۰۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۰۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۹۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۹۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۰۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۰۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۰۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۹۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۰۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 5.053	SD: 50.356	Mean: 996.5
------------	------------	-------------

