

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE001۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG
)-CLIA

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۵۷۵	۰.۴۸۱	۵.۸۷۲	۶.۲۵۳	۶.۸۳۴	۷.۳۱۵	۷.۷۹۶	۸.۲۷۷	۸.۷۵۸

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۸.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۶.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۸.۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۷.۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۶.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۷.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۶.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۶.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۷.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۷.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۷.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۷.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۶.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۶.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۶.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 8.216	SD: 0.591	Mean: 7.196
------------	-----------	-------------

