

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE001۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG)-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۸۴۲	۰.۵۸	۵.۶۵۵	۶.۲۳۵	۶.۸۱۵	۷.۳۹۵	۷.۹۷۵	۸.۵۵۵	۹.۱۳۵

مقدار	تاریخ
۷.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۷.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۶.۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۷.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۸.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۶.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۶.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۷.۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۷.۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۷.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۷.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۸.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۷.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷

CV%: 7.839	SD: 0.579	Mean: 7.391
------------	-----------	-------------

