

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE001۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG
)-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۶۲	۰.۳۷۱	۶.۰۸	۶.۴۵۱	۶.۸۳۳	۷.۱۹۳	۷.۵۶۴	۷.۹۳۵	۸.۳۰۶

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۷.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۷.۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۷.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۷.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۶.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 4.512	SD: 0.315	Mean: 6.98
------------	-----------	------------

