

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE0012139

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab ( IgG  
)-CLIA

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۳۷۶	۰.۳۷۹	۵.۹۲	۶.۲۹۹	۶.۶۷۸	۷.۰۵۷	۷.۴۳۶	۷.۸۱۵	۸.۱۹۴

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۷.۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۷.۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۶.۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷.۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۷.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۷.۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۷.۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۷.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۷.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۷.۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۷.۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۶.۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۶.۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۷.۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۶.۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۶.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۶.۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 6.265	SD: 0.446	Mean: 7.126
------------	-----------	-------------

