

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE0012139

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab ( IgG  
)-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۵.۸۲۶	۰.۴۱۵	۵.۸۸۲	۶.۲۹۷	۶.۷۱۲	۷.۱۲۷	۷.۵۴۲	۷.۹۵۷	۸.۳۷۲

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۶.۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۷.۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۷.۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۶.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۶.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۶.۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۷.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۷.۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۶.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۷.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۶.۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 5.059	SD: 0.349	Mean: 6.891
------------	-----------	-------------

