

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE0012139

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab ( IgG  
) -CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۵۱۷	۰.۴۰۵	۶.۱۱۸	۶.۵۲۳	۶.۹۲۸	۷.۲۳۳	۷.۷۲۸	۸.۱۴۳	۸.۵۴۸

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۷.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۷.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۶.۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۶.۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۶.۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۶.۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۶.۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۶.۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۷.۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۷.۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷.۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۸.۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۷.۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۷.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۷.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۷.۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۷.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۸.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۷.۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

CV%: 6.799	SD: 0.496	Mean: 7.291
------------	-----------	-------------

