

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgG
عنوان دستگاه : لیازون
عنوان کنترل : سری ساخت : ۰۱۰
پولد سرم : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۰	۶.۲۶۷	۲۶.۴۵۹	۳۲.۷۲۶	۳۸.۹۹۳	۴۵.۲۶	۵۱.۵۲۷	۵۷.۷۹۴	۶۴.۰۶۱

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۵۱.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۴.۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۴۷.۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۱.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۵۰.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۵۴.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۵۰.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 7.534	SD: 3.973	Mean: 52.729
------------	-----------	--------------

