

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgG  
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۸۳۸۰۴۸۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۵,۵۹۸	۴,۱۴۸	۱۴,۱۴۶	۱۸,۲۹۴	۲۲,۴۴۲	۲۶,۵۹	۳۰,۷۳۸	۳۴,۸۸۶	۳۹,۰۳۴

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۷,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۲۶,۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۰,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۲۵,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۲۴,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۲۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲۲,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۲۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۲۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 13.156	SD: 3.573	Mean: 27.157
-------------	-----------	--------------

