

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgG
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۸۳۸۰۴۸۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۱۴۵	۳,۳۵۲	۱۷,۵۴۱	۲۰,۸۹۳	۲۴,۲۴۵	۲۷,۵۹۷	۳۰,۹۴۹	۳۴,۳۰۱	۳۷,۶۵۳

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸

مقدار	تاریخ
۲۶,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۳,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۲

CV%: 8.727	SD: 2.594	Mean: 29.72
------------	-----------	-------------

