

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgG
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : abbot-۱
شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۱/۳۱:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۵۶۹	۰.۶۱۲	۵.۳۱۱	۵.۹۲۳	۶.۵۳۵	۷.۱۴۷	۷.۷۵۹	۸.۳۷۱	۸.۹۸۳

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۷.۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۷.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۵	۷.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۶	۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۷.۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۸.۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۷	۷.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۸.۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۷.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۷.۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۹	۷.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۷.۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
		۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
		۷.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۵.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
CV%: 8.223		SD: 0.599		Mean: 7.28	

