

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE001۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab ( IgG  
(  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۴.۷۶۲	۰.۳۴	۶.۱۲	۶.۴۶	۶.۸	۷.۱۴	۷.۴۸	۷.۸۲	۸.۱۶

مقدار	تاریخ
۷.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۷.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۷.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۶.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۶.۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۷.۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۷.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۷.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۷.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۷.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۷.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۶.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۷.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۶.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۶.۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 5.04	SD: 0.36	Mean: 7.138
-----------	----------	-------------