

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE0012139

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG)-CLIA

abbot

عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۷۶۲ | ۰.۳۳۴ | ۶.۱۲ | ۶.۴۶ | ۶.۸ | ۷.۱۴ | ۷.۴۸ | ۷.۸۲ | ۸.۱۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶.۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
| ۷.۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
| ۷.۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۷.۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
| ۷.۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
| ۷.۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
| ۷.۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
| ۶.۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
| ۷.۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
| ۶.۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.577 | SD: 0.332 | Mean: 7.264 |
|------------|-----------|-------------|

