

عنوان آزمایش : ( Toxoplasma Ab ( IgG  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : BE00۱۲۱۳۹  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰  
عنوان کنترل : abbot-۱

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶.۷۱۸	۰.۴۶۳	۵.۵۰۴	۵.۹۶۷	۶.۴۳	۶.۸۹۳	۷.۳۵۶	۷.۸۱۹	۸.۲۸۲

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۶.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۶.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۶.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۶.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۶.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۶.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۷.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۷.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۶.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۶.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 6.461	SD: 0.428	Mean: 6.618
------------	-----------	-------------

