

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE001۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG
(
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۵.۹۱	۰.۴	۵.۵۷	۵.۹۷	۶.۳۷	۶.۷۷	۷.۱۷	۷.۵۷	۷.۹۷

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۶.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۷.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۷.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۶.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۶.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۶.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.397	SD: 0.31	Mean: 7.054
------------	----------	-------------