

عنوان کنترل : ABBOTT-3

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۲۰:

سری ساخت : BE00۱۶۳۹۱

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgM)-CLIA

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۴۲۱	۰.۱۴۵	۱.۲۸۳	۱.۴۲۸	۱.۵۷۳	۱.۷۱۸	۱.۸۶۳	۲.۰۰۸	۲.۱۵۳

مقدار	تاریخ
۱.۹۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۶

مقدار	تاریخ
۱.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱.۷۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۱.۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 10.641	SD: 0.177	Mean: 1.666
-------------	-----------	-------------

