

عنوان کنترل : ABBOTT-2

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۰:

سری ساخت : BE00۱۲۱۳۹

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab ( IgG  
) -CLIA

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۴.۱۹۹	۵.۱۷۴	۱۰۷.۷۰۸	۱۱۲.۸۸۲	۱۱۸.۰۵۶	۱۲۳.۲۳	۱۲۸.۴۰۴	۱۳۳.۵۷۸	۱۳۸.۷۵۲

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۱
۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۱۱۵.۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۲۴.۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۱۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۱۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

CV%: 4.873	SD: 6.072	Mean: 124.6
------------	-----------	-------------

