

عنوان کنترل : ABBOTT-3

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۳:

سری ساخت : BE00۰۱۱۳۶

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgM)
) -CLIA

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۳.۴	۰.۳۵	۰.۷۵	۱	۱.۳۵	۱.۵	۱.۷۵	۲	۲.۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱.۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱.۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱.۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱.۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱.۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۱.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱.۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱.۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱.۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۹

CV%: 8.643	SD: 0.143	Mean: 1.654
------------	-----------	-------------

