

عنوان کنترل : ABBOTT-3

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۱۳:

سری ساخت : -/BE00۰۱۱۳۶

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (

(IgM

ABBOTT

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۴	۰.۲۵	۰.۷۵	۱	۱.۲۵	۱.۵	۱.۷۵	۲	۲.۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱.۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱.۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱.۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱.۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۱.۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱.۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۱.۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

CV%: 6.991	SD: 0.11	Mean: 1.576
------------	----------	-------------

