

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۵۶۱۰۴۴۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۹,۱۸۳	۵,۰۲۳	۱۱,۱۱۸	۱۶,۱۴۱	۲۱,۱۶۴	۲۶,۱۸۷	۳۱,۲۱	۳۶,۲۳۳	۴۱,۲۵۶

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸

مقدار	تاریخ
۳۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲۷,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۹,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲۴,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲

CV%: 10.272	SD: 2.841	Mean: 27.66
-------------	-----------	-------------

