

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :

شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۶/۱۹:

سری ساخت : BR00۱۳۰۱۵

Toxoplasma Ab ( IgM : عنوان آزمایش  
(  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۵.۰۰۱	۰.۰۸۶	۱.۴۶۱	۱.۵۴۷	۱.۶۳۳	۱.۷۱۹	۱.۸۰۵	۱.۸۹۱	۱.۹۷۷

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱.۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱.۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱.۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱.۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱.۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱.۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۱.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱.۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱.۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱.۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱.۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱.۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱.۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱.۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱.۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱.۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.947	SD: 0.085	Mean: 1.712
------------	-----------	-------------