

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۶/۱۹:

سری ساخت : BR00۱۳۰۱۵

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgM
) -CLIA

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۹۳۱	۰.۰۸۴	۱.۴۵۱	۱.۵۳۵	۱.۶۱۹	۱.۷۰۳	۱.۷۸۷	۱.۸۷۱	۱.۹۵۵

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱.۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱.۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۱.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱.۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱.۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۱.۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱.۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱.۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۱.۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱.۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹

CV%: 4.906	SD: 0.084	Mean: 1.702
------------	-----------	-------------