

عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : عنوان کنترل : ABBOTT-3
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
سری ساخت : BR00۱۳۰۱۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹.۱۵۱	۰.۱۵۶	۱.۲۳۳	۱.۳۸۹	۱.۵۴۵	۱.۷۰۱	۱.۸۵۷	۲.۰۱۳	۲.۱۶۹

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱.۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 7.154	SD: 0.126	Mean: 1.754
------------	-----------	-------------

