

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : ABBOTT-3

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۶/۱۹:

سری ساخت : BR00۱۳۰۱۵

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgM
(
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۸.۵۱۸	۰.۱۴۷	۱.۲۸۲	۱.۴۳۹	۱.۵۷۶	۱.۷۳۳	۱.۸۷	۲.۰۱۷	۲.۱۶۴

مقدار	تاریخ
۱.۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱.۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱.۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱.۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱.۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱.۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱.۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱.۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱.۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱.۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱.۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱.۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱.۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱.۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱.۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱.۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱.۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱.۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱.۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 5.28	SD: 0.09	Mean: 1.71
-----------	----------	------------