

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سری ساخت : /ud00۳۸۳۰۸

عنوان آزمایش : Troponin I

عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>3</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>3</sub> |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۵.۳ | ۰.۰۲۷ | ۰.۱۱۹             | ۰.۱۴۶             | ۰.۱۷۳             | ۰.۲  | ۰.۲۲۷           | ۰.۲۵۴           | ۰.۲۸۱           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۲۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
| ۰.۲۳  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
| ۰.۲۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
| ۰.۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
| ۰.۲۳  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
| ۰.۲۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
| ۰.۱۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
| ۰.۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
| ۰.۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
| ۰.۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۰.۲۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| ۰.۲۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
| ۰.۲۲  | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
| ۰.۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
| ۰.۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
| ۰.۲۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
| ۰.۱۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۰.۲۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
| ۰.۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۰.۱۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
| ۰.۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
| ۰.۲۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
| ۰.۲۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
| ۰.۲۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
| ۰.۱۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
| ۰.۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
| ۰.۲۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
| ۰.۲۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
| ۰.۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| ۰.۱۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| CV%: 6.26 | SD: 0.014 | Mean: 0.221 |
|-----------|-----------|-------------|

