

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

سری ساخت : ud00۳۱۴۲۶

عنوان آزمایش : Troponin I

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳	۰.۰۲۷	۰.۱۱۹	۰.۱۴۶	۰.۱۷۳	۰.۲	۰.۲۲۷	۰.۲۵۴	۰.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۰.۲۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۰.۲۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۰.۲۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۰.۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۰.۲۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۰.۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۰.۲۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۰.۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۰.۲۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۰.۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۰.۲۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۰.۲۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۰.۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۰.۲۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۰.۲۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۲۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۰.۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۰.۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹

CV%: 4.659	SD: 0.01	Mean: 0.219
------------	----------	-------------

