

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : UD00۵۰۶۳۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶۸	۰,۰۰۱	۰,۰۱۹	۰,۰۰۲	۰,۰۲۱	۰,۰۲۲	۰,۰۲۳	۰,۰۲۴	۰,۰۲۵

مقدار	تاریخ
۰,۰۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰,۰۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۰۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

CV%: 7.233	SD: 0.002	Mean: 0.021
------------	-----------	-------------

