

عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : Simense
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳۸,۶۷۸	۰,۰۸۵	۰,۰۳۴-	۰,۰۵۱	۰,۱۳۶	۰,۲۲۱	۰,۳۰۶	۰,۳۹۱	۰,۴۷۶

مقدار	تاریخ
۰,۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۰,۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰,۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰,۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰,۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰,۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۰,۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۲
۰,۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۰,۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰,۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۰,۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۰,۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 33.62	SD: 0.071	Mean: 0.21
------------	-----------	------------

