

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-2
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸:

سری ساخت : UI001413

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲.۴۹۳	۰.۰۰۵	۰.۱۸۹	۰.۱۹۴	۰.۱۹۹	۰.۲۰۴	۰.۲۰۹	۰.۲۱۴	۰.۲۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۰.۲۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۰.۲۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۰.۲۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰.۲۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۰.۲۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰.۲۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۰.۲۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۰.۲۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۰.۱۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰.۲۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۲۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۰.۲۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۰.۲۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۰.۲۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۰.۲۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰.۲۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۰.۲۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۰.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۰.۲۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 2.412	SD: 0.005	Mean: 0.205
------------	-----------	-------------