

عنوان کنترل : کنترل پاتولوژیک

عنوان آزمایش : B2 Microglobulin-CLIA

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴:

سری ساخت : BP121

عنوان دستگاه : هیتاچی ۹۱۷

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۷۲۸	۰.۳۶۶	۶.۶۳۶	۷.۰۰۲	۷.۳۶۸	۷.۷۳۴	۸.۱	۸.۴۶۶	۸.۸۳۲

مقدار	تاریخ
۸.۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸.۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۸.۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۷.۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۷.۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۷.۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۷.۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۷.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۸.۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۷.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۷.۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸

CV%: 5.117	SD: 0.401	Mean: 7.829
------------	-----------	-------------

