

عنوان آزمایش : CA-125
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۱۱.۷۲۱	۲.۰۱۳	۱۱.۱۳۱	۱۳.۱۴۴	۱۵.۱۵۷	۱۷.۱۷	۱۹.۱۸۳	۲۱.۱۹۶	۲۳.۲۰۹

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 10.199	SD: 1.745	Mean: 17.111
-------------	-----------	--------------

