

عنوان آزمایش : CA 15-3-CLIA
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۴.۸۷	۳.۲۹۲	۱۲.۲۶۴	۱۵.۵۵۶	۱۸.۸۴۸	۲۲.۱۴	۲۵.۴۳۲	۲۸.۷۳۴	۳۲.۰۱۶

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 12.73	SD: 2.376	Mean: 18.667
------------	-----------	--------------

