

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۱۵	۲	۳۰.۸	۳۲.۸	۳۴.۸	۳۶.۸	۳۸.۸	۴۰.۸	۴۲.۸

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳

CV%: 6.597	SD: 2.353	Mean: 35.667
------------	-----------	--------------

