

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ : سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱ : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶	۰.۱۶۲	۱.۹۲۹	۲.۰۹۱	۲.۲۵۳	۲.۴۱۵	۲.۵۷۷	۲.۷۳۹	۲.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۲.۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲.۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲.۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲.۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲.۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲.۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲.۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲.۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲.۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۲.۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲.۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۲.۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲.۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲.۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲.۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲.۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

CV%: 5.577	SD: 0.142	Mean: 2.544
------------	-----------	-------------

