

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۷	۰.۰۳۶	۰.۲۵۴	۰.۲۹	۰.۳۲۶	۰.۳۶۲	۰.۳۹۸	۰.۴۳۴	۰.۴۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۳۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۳۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۳۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۰.۳۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۰.۳۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۳۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۰.۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۰.۳۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰.۳۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۳۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۹
۰.۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۰.۳۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۰.۳۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۳۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۳۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۰.۳۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۰.۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 7.494	SD: 0.024	Mean: 0.324
------------	-----------	-------------

