

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶	۰.۰۶۱	۰.۴۳۱	۰.۴۹۲	۰.۵۵۳	۰.۶۱۴	۰.۶۷۵	۰.۷۳۶	۰.۷۹۷

مقدار	تاریخ
۰.۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۰.۵۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۵۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۵۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۵۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۵۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۶۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۵۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۰.۵۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۰.۵۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰.۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۰.۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۰.۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۰.۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۰.۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۰.۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۰.۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۰.۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۰.۶۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۰.۵۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۰.۵۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰.۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۰.۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۰.۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۰.۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۰.۶۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۰.۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۰.۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۰.۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۰.۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱

CV%: 6.969	SD: 0.039	Mean: 0.553
------------	-----------	-------------

