

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت - LOW

شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۱۴:

سری ساخت : A۲۳۰۲۴۱

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine
.24 hrs

عنوان دستگاه : الیزاریدر

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۳,۲۰۶ | ۱۷,۰۱ | ۷۷,۷۷ | ۹۴,۷۸ | ۱۱۱,۷۹ | ۱۲۸,۸ | ۱۴۵,۸۱ | ۱۶۲,۸۲ | ۱۷۹,۸۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |

| | | |
|------------|------------|-----------|
| CV%: 9.098 | SD: 11.372 | Mean: 125 |
|------------|------------|-----------|

