

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
HIGH-

عنوان آزمایش : Urine Normetanephrine

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳

الایزایدر .24 hrs  
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲۱.۴	۸۰	۳۶۰	۴۴۰	۵۲۰	۶۰۰	۶۸۰	۷۶۰	۸۴۰

مقدار	تاریخ
۸۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۷۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۷۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۵۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۸۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۸۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۷۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۹۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۵۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۷۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۷۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۴

مقدار	تاریخ
۴۸۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۸۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۷۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۴۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۸۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۷۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۳۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸

CV%: 21.415	SD: 146.852	Mean: 685.737
-------------	-------------	---------------

