

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت -HIGH

عنوان آزمایش : Urine

Normetanephrine 24

.hrs

شروع کنترل  
۱۳۹۸/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳

عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷.۲۷۷	۵۲.۲۴۹	۵۶۱.۲۵۳	۶۱۳.۵۰۲	۶۶۵.۷۵۱	۷۱۸	۷۷۰.۲۴۹	۸۲۲.۴۹۸	۸۷۴.۷۴۷

مقدار	تاریخ
۷۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۷۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۷۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۶۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 3.865	SD: 27.792	Mean: 719.125
------------	------------	---------------

