

عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۱/۰۱:

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : DCA۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۰.۵۳۲	۰.۴۱۶	۷۷.۰۶۸	۷۷.۴۸۴	۷۷.۹	۷۸.۳۱۶	۷۸.۷۳۲	۷۹.۱۴۸	۷۹.۵۶۴

مقدار	تاریخ
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۷۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۷۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۷۸.۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۷۸.۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۴
۷۸.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۷۸.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۷۸.۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۷۸.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۸.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۷۸.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 0.227	SD: 0.178	Mean: 78.343
------------	-----------	--------------

