

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

DC سری ساخت : 801

عنوان کنترل : II کنترل تجاری
شروع کنترل: 1400/01/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
79.243	78.932	78.621	78.31	77.999	77.688	77.377	0.311	0.397

تاریخ	مقدار
31/03/1400	78.2

تاریخ	مقدار
18/03/1400	78.3
22/03/1400	78.2
27/03/1400	78.5
29/03/1400	78.1

تاریخ	مقدار
08/03/1400	78.4
09/03/1400	78
10/03/1400	78.2
13/03/1400	78.2

Mean: 78.233	SD: 0.15	CV%: 0.192
--------------	----------	------------

