

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

DC سری ساخت : 801

عنوان کنترل : II کنترل تجاری
شروع کنترل: 1400/01/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
79.664	79.264	78.864	78.464	78.064	77.664	77.264	0.4	0.509

تاریخ	مقدار
22/04/1400	78.4

تاریخ	مقدار
12/04/1400	78.5
13/04/1400	78.1
16/04/1400	78.2
21/04/1400	78.2

تاریخ	مقدار
02/04/1400	78.4
03/04/1400	78.1
07/04/1400	78.2
08/04/1400	78

Mean: 78.233	SD: 0.166	CV%: 0.212
--------------	-----------	------------

