

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC

DC/سری ساخت : 801

عنوان کنترل : II کنترل تجاری  
شروع کنترل : 1400/05/26

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
98.099	92.666	87.233	81.8	76.367	70.934	65.501	5.433	8.36

تاریخ	مقدار
31/05/1400	81
02/06/1400	85

تاریخ	مقدار
26/05/1400	81
30/05/1400	67

Mean: 78.5	SD: 7.895	CV%: 10.058
------------	-----------	-------------

