

عنوان کنترل : کنترل تجاری II  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۵/۲۶:

سری ساخت : DCA۰۱/

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸.۳۶	۵.۴۳۳	۶۵.۵۰۱	۷۰.۹۳۴	۷۶.۳۶۷	۸۱.۸	۸۷.۲۳۳	۹۲.۶۶۶	۹۸.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۷۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱

CV%: 8.833	SD: 7.46	Mean: 84.458
------------	----------	--------------

