

عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۵/۲۶:

سرری ساخت : DCA۰۱ /

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۸۳۳	۷.۴۶	۶۲.۰۷۸	۶۹.۵۳۸	۷۶.۹۹۸	۸۴.۴۵۸	۹۱.۹۱۸	۹۹.۳۷۸	۱۰۶.۸۳۸

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۷۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۷۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۸۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۷۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۰

مقدار	تاریخ
۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۸۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۸۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۹۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۹۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰

CV%: 9.005	SD: 7.33	Mean: 81.4
------------	----------	------------

