

عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۰/۰۱:

سری ساخت : DC۸۲۱

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۵۳	۴.۴۳۳	۶۶.۶۸۸	۷۱.۱۱	۷۵.۵۳۳	۷۹.۹۵۴	۸۴.۳۷۶	۸۸.۷۹۸	۹۳.۲۳

مقدار	تاریخ
۸۱.۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۳
۸۱.۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۴
۸۹.۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۵
۸۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۶
۸۸.۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷
۸۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۴.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۸۴.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۸۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۷۸.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۸۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۸۶.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۸۰.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۷۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۷۵.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۴.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۸۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۸۴.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۸۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۷۶.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۸۶.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۷۶.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۸۳.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۸۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 4.835	SD: 3.999	Mean: 82.708
------------	-----------	--------------

