

عنوان کنترل : کنترل تجاری II  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۵/۲۶:

سری ساخت : DCA۰۱

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۱۴۸	۷.۷۰۵	۵۲.۸۱۸	۶۰.۵۳۳	۶۸.۲۲۸	۷۵.۹۳۳	۸۳.۶۳۸	۹۱.۳۴۳	۹۹.۰۴۸

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱

CV%: 9.132	SD: 6.552	Mean: 71.75
------------	-----------	-------------

