

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₃ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۹۱۱ | ۴.۵۲۴ | ۵۱.۸۹۸ | ۵۶.۴۳۲ | ۶۰.۹۴۶ | ۶۵.۴۷ | ۶۹.۹۹۴ | ۷۴.۵۱۸ | ۷۹.۰۴۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۷۵.۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
| ۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
| ۷۶.۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
| ۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
| ۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
| ۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
| ۶۸.۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
| ۷۳.۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
| ۷۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
| ۷۳.۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
| ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
| ۷۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
| ۷۴.۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
| ۷۳.۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
| ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
| ۶۴.۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
| ۷۰.۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
| ۷۵.۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
| ۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
| ۷۵.۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
| ۷۱.۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
| ۷۲.۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 6.779 | SD: 4.762 | Mean: 70.256 |
|------------|-----------|--------------|

