

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۶۲۷	۴.۶۲۴	۵۵.۹۰۱	۶۰.۵۲۵	۶۵.۱۴۹	۶۹.۷۷۳	۷۴.۳۹۷	۷۹.۰۲۱	۸۳.۶۴۵

مقدار	تاریخ
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۷۳.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۶۹.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۷۰.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۷۵.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۷۳.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۷۱.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۶۴.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۶۲.۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۶۹.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۷۰.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۶۹.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 4.533	SD: 3.171	Mean: 69.95
------------	-----------	-------------

